

Dobrzechów, dn. 16.05.2019 r.

ODPOWIEDŹ na pytania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów zapytania ofertowego **na dostawę sprzętu do rehabilitacji na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dobrzechowie**

Treść ww. pytań jest następująca:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 1. Stół do terapii manualnej i masażu 1 szt., dopuści stół o poniższych parametrach:

- podział i łamanie leżyska za pomocą manualne za pomocą korbki, rozwiązanie to cechuje większa precyzja ustawienia.
- maksymalne obciążenie stołu 200 kg, parametr lepszy od wymaganego ?

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie powyższych zmian.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 3. Kabina do ćwiczeń i zawiesz UGUL z wyposażeniem 1 zestaw, dopuści kabinę Ugul o wadze 160 kg ?

Kabina ta posiada okratowanie: pręty ścian bocznych: średnica 6 mm, pręty sufitu: 7 mm. Zapewnia to większą sztywność prętów i nie uginanie się prętów sufitowych podczas ćwiczeń. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie powyższych zmian.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 3. Kabina do ćwiczeń i zawiesz UGUL z wyposażeniem 1 zestaw, dopuści osprzęt wykonany ze skóry bydlęcej oraz elanobawełny? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 4. Stół do masażu 1 szt., dopuści stół o poniższych parametrach:

- maksymalne obciążenie stołu 200 kg, parametr lepszy od wymaganego
- gwarancja min.:

- konstrukcja metalowa: 2 lata
- tapicerka: 2 lata
- akcesoria elektryczne: 2 lata

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodny na wprowadzenie powyższych zmian.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 6. „Zestaw do laseroterapii - 1 zestaw” wymaga aparatu za pomocą, którego można prowadzić laseroterapię, elektroterapię, magnetoterapię i sonoterapię ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aparatu do:

- elektroterapii,
- ultradźwięków,
- laseroterapii,
- magnetoterapii,
- terapii kombinowanej.

Pytanie 6.

Proszę o doprecyzowanie w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 6. „Zestaw do laseroterapii - 1 zestaw” jakie wyposażenie aparatu jest wymagane przez Zamawiającego?

Czy Zamawiający wymaga, żeby aparat był wyposażony w:

- wyposażenie standardowe aparatu do elektroterapii
- sonda punktowa IR
- głowicę do ultradźwięków
- aplikatory płaskie pola magnetycznego z pokrowcami
- okularu ochronne do laseroterapii 2 szt.
- torba Pro ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, żeby aparat był wyposażony w:

- wyposażenie standardowe aparatu do elektroterapii,
- sondę IR 400/808,
- głowicę GS - 4 cm² 1/3,5 MHz,
- aplikator płaski pola magnetycznego typu CPE 1 z pokrowcem
- aplikator płaski pola magnetycznego typu CPE 2 z pokrowcem
- okulary ochronne do laseroterapii 2 szt.
- torba Pro.

Pytanie 7.

Proszę o doprecyzowanie w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 7. „Zestaw do masażu pneumatycznego 1 zestaw” jakie wyposażenie aparatu jest wymagane przez Zamawiającego?

Czy Zamawiający wymaga, żeby aparat był wyposażony w:

- mankiet 12-to komorowy na rękę

- 24-ro komorowe spodnie ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby aparat był wyposażony w:

- 2x mankiet 12-to komorowy na rękę
- 2x mankiet 12-to komorowy na nogę.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 10. Rotor na kończyny górne i dolne 1 szt., dopuści rotor o poniższych parametrach:

- długość 45/76 cm, różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego 0,9 cm ?

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje opis przedstawiany w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu określonego w §9 ust. 4 Umowy z 3 dni roboczych na 10 dni roboczych?

"Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych lub wymiany przedmiotu umowy w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia (zgłoszenie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną).

Czas reakcji serwisowej, tj. czas w którym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzających do wykonania naprawy lub wymiany wynosi 12 h."

A jeśli nie to prosimy o wydłużenie terminu wg. uznania Zamawiającego.

3 dniowy termin na usunięcie wad czy usterek wyznaczony w umowie jest praktycznie nierealny do dotrzymania (sam czas dostarczenia urządzeń do serwisu i z serwisu do Zamawiającego wynosi ok. 4 dni) i rodzi realne ryzyko kar umownych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu określonego w §9 ust. 4 Umowy z 3 dni roboczych na 10 dni roboczych.

Pytanie 10

Dla urządzenia nr 1 „Stół do terapii manualnej i masażu” Zamawiający nie określił wysokości stołu. Czy stół ma być wyposażony w regulację wysokości?

Odpowiedź:

Wysokość stołu - 60-92 cm, Wysokość stołu regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu.

Pytanie 11

Dla urządzenia nr 2 „Urządzenie do krioterapii”. Czy zamawiający dopuszcza pomiar ilości gazu za pomocą linijki?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 12

Dla urządzenia nr 3 „Kabina do ćwiczeń i zawiesznień UGUL z wyposażeniem. Czy zamawiający dopuszcza osprzęt wykonany ze skóry bydlęcej oraz tkaniny Drelich?

Odpowiedź:

Tak. (patrz. odp. na pytanie nr 3).

Pytanie 13

Dla urządzenia nr 7 „Zestaw do masażu pneumatycznego” Zamawiający nie określił ilości oraz rodzajów mankietów w jakie ma być wyposażony zestaw.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby aparat był wyposażony w:

- 2x mankiet 12-to komorowy na rękę
- 2x mankiet 12-to komorowy na nogę.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści aparat o poniższych nie gorszych parametrach:

Dane techniczne:

- 4 mln uderzeń,
- częstotliwość robocza: 1-22 Hz,
- 1-5 barów; 10-185 mJ,
- aplikatory: 6, 15 i 25 mm + aplikator 35 mm do medycyny estetycznej,
- waga 2,07 kg,
- wymiary: 290 x 240 x 130 mm,
- 7’’ kolorowy krystaliczny ekran dotykowy,
- pobór mocy: 100/240V AC, 50/60Hz, 300VA,
- producent umożliwia aktualizacje oprogramowania.
- program urologiczny ED - leczenie zaburzeń erekcji
- Wymiary aparatu: 290x240x130 mm
- Waga 2,07 kg

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian.

UWAGA!

W celu zapewnienia Wykonawcom czasu na prawidłowe przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin ich składania:

Pkt 10.1 zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Dobrzechów 478A, 38-100 Strzyżów lub przesłać na adres e-mail: m.ciejka@interia.pl **do dnia 22.05.2019 r.**

Zamawiający

