

Dobrzechów, 09.05.2019 r.

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, iż dokuje zmiany zapisów szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym na **dostawę sprzętu do rehabilitacji na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dobrzechowie.**

W załącznikach do zapytania ofertowego nr 1 „Formularz oferty część I” oraz nr 1a „Formularz oferty część II”, pozycja 10 - Rotor elektryczny na kończyny górne i dolne skreśla się słowo: „elektryczny”.

Pozostałe zapisy ww. załączników do zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Opis po zmianie:

Poz. 10. Przedmiot zamówienia: **Rotor na kończyny górne i dolne 1 szt.**

L.P.	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
1	Rotor zespolony umożliwiający jednoczesne ćwiczenie kończyn górnych i dolnych	TAK	
2	Długość: 51 cm/76cm (+/- 10%)	TAK	
3	Szerokość: 48 cm (+/- 10%)	TAK	
4	Wysięgnik długość: 110 cm (+/- 10%)	TAK	
5	Waga: do 17 kg	TAK	
6	Deklaracja zgodności, Certyfikat CE	TAK	
7	Gwarancja: min 2 lata	TAK	

W celu zapewnienia Wykonawcom czasu na prawidłowe przygotowanie oferty Zamawiający przedłuża czas na ich składanie.

Pkt 10.1 zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Dobrzechów 478A, 38-100 Strzyżów lub przesłać na adres e-mail: m.ciejka@interia.pl **do dnia 20.05.2019 r.**

Zamawiający